

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011

O Prefeito do Município de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica que ficam retificados o Anexo I – Termo de Referência (Especificações dos Equipamentos), item 6.2 e o item 8.7 do Edital do Pregão Presencial nº 019/2011, mantendo-se inalterados os demais itens constantes deste Anexo, a seguir:

A)ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS)

ONDE SE LÊ:

05- 02 DETECTORES FETAL - O Detector Fetal projetado para dar grande facilidade à ausculta do batimento cardíaco fetal ,utilizando um transdutor de 2,2 MHz com alto nível de sensibilidade. Ausculta do batimento cardíaco fetal a partir da décima semana de gestação. Localização da placenta e cordão umbilical.Deteção de gravidez múltipla.Diagnóstico de morte fetal.Peso : 250 g.Modelo portátil Garantia de 1 ano. Transdutor 2,2 MHz
Bolsa para transporte Dimensões: 3,5 x 7,5 x 14 cm Alimentação: 1 bateria de 9 volts.
Transdutor 2,2 MHz, Bolsa, 2 Gel,Fone de Ouvido e Manual.

LEIA-SE:

05-02 (DOIS) DETECTORES FETAL- Detector de batimento cardíaco fetal portátil e digital. Permite a escuta fetal a partir da 10ª semana de gestação, para diagnósticos de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta e detecção do fluxo do cordão umbilical. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 250 BPM. Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela Internet). Botão liga/desliga com ajuste de volume. Desligamento automático após 5 minutos sem uso. Alimentação de baterias, com peso máximo de 500 gramas. Acessórios: bolsa para transporte, 1 transdutor de 2MHz, 2 tubos de gel, fone de ouvido e manual de instruções.

ONDE SE LÊ:

10-02 ELETROCARDIOGRAFO C10 - Equipamento com Tecnologia – Processador Digital de Sinais; Impressão em papel termo reativo; Realiza registros automáticos ou manuais; Funciona com bateria (interna) recarregável ou energia; Portátil ágil e de fácil manuseio; com um único comando realiza a aquisição de 12 derivações simultâneas; exclusivo Programa TEB opcional que possibilita: Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; Monitorização e impressão de 12 derivações, simultâneas, e em vários formatos.

LEIA-SE:

10-02 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS, com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4, formatos de impressão em 1,3,6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada de 100 exames,

com laudo interpretativo. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entradas das informações do paciente, como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 para comunicação com PC e LAN e possibilitar o registro de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação, 01 cabo do paciente de 10 vias, e eletrodos de membros tipo clipe, 06 eletrodos precordiais de sucção, 1 tubo de gel para eletrodos, 01 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português.

ONDE SE LÊ:

16-02 (DOIS) BISTURIS ELÉTRICOS- tipo digital, modo de operação monopolar e bipolar, potência mínima de 200W, Características Gerais Microprocessado com todas as vantagens dos sistemas digitais. Concepção moderna. Uso da técnica de Comando Digital. Uso geral em Ambulatórios e clínicas Manipulação simplificada e auto-explicativa Display Digital da potência para todas as funções Memorização Digital Comando Digital na caneta Possibilidade de programar até 09 procedimentos cirúrgicos Compensação automática da potência com a variação da resistência elétrica do tecido Sistema de Segurança com Alarme sonoro e visual, com bloqueio do funcionamento Diferentes níveis de Blend (mistura de corte e coagulação) Comando por Teclas do tipo UP-DOWN Três níveis de Blend (BLEND 1 a BLEND 3). Portátil, com alça para transporte. Indicado para pequenas Cirurgias Ginecológicas, Dermatológicas, Plásticas, Otorrinolaringológicas, Oftalmológicas, etc. Especificações Técnicas Corte Puro 100 W BLEND 1 70 W BLEND 2 60 W BLEND 3 50 W Coagulação 50 W Dimensões(L,P,A) 268 x 265 x 110 mm Peso Líquido 6,5 Kg Voltagem de entrada 127/220 VAC, 50/60 Hz Frequência básica de operação: 400 kHz aprox. Potência de Rádio Frequência na Saída (carga de 300 Ohms) Acessórios 01 Caneta porta-eletrodos simples, Monopolar (CM-05), com cabo de silicone 01 Placa neutra de aço inox flexível PN-02 (140x195mm), com cabo 01 Pedal (PE 151 RS), com cabo 01 Jogo com 05 eletrodos (EM10, 12, 13, 14, 15) 01 Jogo com 02 eletrodos ginecol.

LEIA-SE:

16-02 (DOIS) BISTURIS ELÉTRICOS- Bisturi de volatilização celular pôr **Alta Frequência** completo, **microprocessado** com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade eletromagnética de até **4,0 Mhz** e potência máxima de saída de **100 watts**, contendo:

Funções **Monopolar e Bipolar**;

Corte "**CUT**"

Coagulação mista "**BLEND**"

Coagulação pura "**COAG**"

Sistema de cauterização "**BIPOLAR**";

Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral com 7 cm de comprimento.

Uma **caneta porta eletrodos autoclavável** modelo CP, com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica de segurança elétrica **NBR-IEC 60.601-2-2**

Uma placa antena reutilizável.

Função de **monitoramento de placa** com alarme de falha por mau contacto ou desconexão conforme norma de segurança elétrica **NBR-IEC 60.601-2-2**

Função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de segurança elétrica Sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado).

Pedal ativador totalmente a prova d'água (submersão) com sistema isolador contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica **NBR-IEC 60.601-2-2**

Conectores de segurança no painel totalmente isolados com sistema antifalha (inversão) de instalação.

Aparelho 110 ou 220v. 60Hz.

Equipamento Classe III alto risco, totalmente fabricado conforme a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos.

B) - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO (EDITAL)

ONDE SE LÊ:

8.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço de no mínimo R\$ 10,00 (dez reais).

LEIA-SE:

8.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço de no mínimo: R\$ 0,05 (item 01), R\$ 1,00 (itens: 02,05,06,07,08,09,11,12,13,15,16) e R\$ 10,00 (itens: 03,04,10,14 e 17).

C) DA PROPOSTA DE PREÇOS

ONDE SE LÊ:

6.2.Deverá conter também, especificação e identificação completa dos materiais ofertados, constando inclusive marca e seu respectivo prospecto, prazo de validade da proposta não inferior à 30 (trinta) dias, prazo de garantia não inferior à 01 ano, sendo que nos preços prepostos, deverão estar inclusos todos os custos, encargos e despesas necessárias para o fornecimento objeto da presente licitação.

LEIA-SE:

6.2.Deverá conter também, especificação e identificação completa dos materiais ofertados, constando inclusive marca e seu respectivo prospecto, prazo de validade da proposta não inferior à 30 (trinta) dias, prazo de garantia não inferior à 01 ano, sendo que nos preços prepostos, deverão estar inclusos todos os custos, encargos e despesas necessárias para o fornecimento objeto da presente licitação.

6.2.1.Deverá conter também, Comprovação de Licença/Autorização de Funcionamento emitida pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Estado/Município.

D) Fica prorrogada a Abertura dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA para o dia 07 de novembro de 2.011, às 13:30 horas.

Obs.: As alterações ficarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br.

Laranjal Paulista, 20 de outubro de 2.011.

Heitor Camarin Junior
Prefeito Municipal.

