

Contraste



- Material antiaderente com cantos arredondados
- Ausência de reflexo e brilho que evidencia a fotografia
- Maior segurança e firmeza durante o uso
- Variedade de formatos e tamanhos

CONTRASTE: Produto desenvolvido em alumínio, com revestimento antiaderente atóxico preto. Permite a evidência dos dentes para melhor desempenho fotográfico. Seu formato garante maior segurança e firmeza no momento do uso, pois um lado é usado como contraste e o outro como cabo.

INDICAÇÃO: Nas fotografias intraorais, onde o profissional deseja evidenciar os dentes do paciente.

INSTRUÇÕES DE USO: Uma vez determinado o campo a ser fotografado, o CONTRASTE autoclavável deve ser levado à boca do paciente e mantido em posição pelo mesmo ou pela auxiliar.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Alumínio, com revestimento antiaderente atóxico preto.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

106210101002

Contraste nº4

1 unidade

180213420023

106210101003

Contraste nº5

1 unidade

106210101004

Contraste nº7

1 unidade

106210101006

Contraste Oclusal

1 unidade

106210101005

Contraste nº 8 Lateral

1 unidade

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira