

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	007536	AMALGAMADOR	C	UND	5.0000
Especificação: Amalgamador com alimentação de 127/220 V- (com chave reversora) freqüência: 50/60Hz, monofásico, com freqüência de vibração de 4000/min,máxima amplitude de oscilação de 25 mm, potência de entrada 90va, fusíveis de proteção: F1 e F2 ....1ª, consumo: 0,7ª-127V-/0,4ª-220V, Peso 3,86kg, 21,20x22,00x26,00cm (AxLxC).					
00002	006131	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAIDAS	C	UND	3.0000
Especificação: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V.BIVOLT. -Vazão Livre: 45 litros/min.; -Frequência: 60 ciclos ±5%; -Pressão máxima: 40lb/pol²; -Motor: 1/4 HP; -Compressor: Tipo diafragma; -Acompanha: 4 Kits de nebulização completos compostos por: -1 Copinho; -1 Mangueira; -1 Máscara Adulta. Conteúdo da embalagem: -01 Aparelho de compressor de ar; -04 Kits de Nebulização (Máscara Adulto, Copo dosador e Mangueira com conector); -01 Tomada quádrupla; -01 Manual de Instruções e Garantia; -01 Relação de Assistências Técnicas. -Garantia de 01 ano.					
00003	007537	APARELHO DE PROFILAXIA	C	UND	5.0000
Especificação: Aparelho de Profilaxia com alimentação de 127V-60Hz/220V 50/60Hz Potencia 60VA, Consuma: 0,43ª, Fusível !A (127/220V-) Peso bruto:4,5kg, Peso Bruto do cart 12,80kg, Frequencia das vibrações do ultrasson 30.000Hz. Pressão de entrada de ar comprimido máxima :80 PSI/Mínima:70PSI, Pressão de entrada de água:					

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

máxima 40PSI mínima 30PSI.

00004 003545 APARELHO DE PROFILAXIA 2X1 ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO P UND 4.0000

Especificação:

00005 007549 APARELHO DE TENS, FES E BURST 4 CANAIS C UND 1.0000

Especificação: Aparelho no qual podem ser utilizadas para tratamentos fisioterápicos a estimulação elétrica com correntes do tipo Tens, Fes e ifm. - TENS (estimulação elétrica transcutânea); - FES (estimulação elétrica funcional); - IFM (Tens com Intensity and Frequency Modulated - Modulado em Intensidade e Freqüência), Onde o fisioterapeuta decide todos os ajustes a serem utilizados como a freqüência, largura de pulso, tempo On, tempo Off, subida e descida da rampa a ser utilizada no tratamento. O uso deste aparelho está indicado para situações variadas como dor pós-operatória, dores em diversas partes do corpo, dores oncológicas, neuropatias, fortalecimento muscular, melhoria no retorno de vasos e veias, facilitar o controle motor, dentre outras. Este equipamento é microprocessado e causa uma estimulação elétrica transcutânea Tens, funcional Fes, além de modulada em sua intensidade e freqüência no tipo ifm que varia de 110 a 220 volts. Todas estas alternativas podem ser feitas de forma separada ou combinada entre elas porque existem saídas independentes para os diversos tipos de programação disponíveis.

**AÇÕES E BENEFÍCIOS**

Corrente FES auxilia no fortalecimento muscular, previne contraturas, ajuda a retardar atrofia por desuso e controla espasticidade;

Corrente TENS promove analgesia e alivia dores crônicas e agudas;

04 canais permite ao profissional trabalhar em pequenas e grandes regiões do corpo;

Tecnologia de operação microcontrolada possibilita programação via teclado, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados;

Proporciona efeito terapêutico de forma não-invasiva, não causa dependência e não gera efeitos colaterais permite que o paciente mantenha sua rotina diária;

**DADOS TÉCNICOS**

Dimensões 23.0 cm x 20.0 cm x 10.0 cm (C x L x A)

Peso 1.65 kg

Garantia 18 Meses

Voltagem Bivolt (automático)

Registro na Anvisa

Funções FES, FES RC, TENS, TENS IFM, TENS BURST,

Temporizador de 01 a 30 minutos;

FES / FES RC

Forma de onda quadrada bifásica assimétrica;

UF: MG  
Município: SABINOPOLIS  
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: 09/12/2014 10:32:31  
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

---

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

---

Faixa de amplitude máxima (carga de 1000 Ohm) de 0 a 60 mA;  
Faixa de frequência variável de 7 a 255 Hz;  
Largura do pulso variável de 20 a 300µs;  
On Time variável de 3 a 20 segundos;  
Off Time variável de 4 a 40 segundos;  
Rise (tempo de subida do pulso) variável de 1 a 15 segundos;  
Decay (tempo de descida do pulso) variável de 1 a 15 segundos;  
Componentes C.C. ausente;  
Canais de saída 04 canais;  
Componentes C.C. ausente;  
TENS / TENS IFM  
Forma de onda quadrada bifásica assimétrica;  
Faixa de amplitude (carga de 1000 Ohm) de 0 a 60 mA;  
Faixa de frequência variável de 7 a 255 Hz;  
Largura do pulso variável de 20 a 300 µs;  
Canais de saída 04 canais;  
TENS BURST  
Forma de onda quadrada bifásica assimétrica;  
Faixa de amplitude (carga de 1000 Ohm) de 0 a 60 mA;  
Faixa de frequência variável de 7 a 255 Hz;  
Modulação em trens de pulso 7 pulsos com frequência 10 de 175Hz modulado em 2Hz;  
Largura do pulso variável de 20 a 300 µs;  
Canais de saída 04 canais;  
ITENS INCLUSOS  
01 Manual de instruções do usuário EM PORTUGUES;  
01 Par de eletrodos de borracha de silicone condutivo 50 x 50 mm;  
04 Pares de eletrodos de borracha de silicone condutivo 30 x 50 mm;  
04 Cabos tipo TENS (um por canal);  
01 Tubo de gel de 100 gramas;

---

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

00006	007538	APARELHO DE ULTRA SOM PARA FISIOTERAPIA	C	UND	1.0000
Especificação: Aparelho de ultra som 1 mhz; Características: Garantia: 36 Meses; Voltagem: Bivolt (automático); Registro na Anvisa; Tela de cristal líquido; Central de controle com microprocessador; Forma de onda: contínuo e pulsado; Possui mais de 50 programas; Tempo de terapia: 01 a 30 minutos; Frequência: 60 Hz; Potência máxima: 40VA; Frequência acústica de trabalho: 1MHz; Área útil do cabeçote (ERA): 3,8 cm <sup>2</sup> ; Potência de saída máxima: 7 Watts; No modo pulsado oferece opções para frequência de 16, 48 e 100MHz; Duty Factor: 10, 20 e 50%. Itens inclusos 01 Cabo de força 01 Cabeçote emissor; 01 Bisnaga de gel; 01 Manual de operação;					
00007	006130	APARELHO NEBULIZADOR COMUM	C	UND	3.0000
Especificação: Inalador a ar comprimido, moderno, compacto e de fácil utilização. É indispensável no tratamento de problemas respiratórios para descongestionamento das vias respiratórias, proporcionando alívio imediato ao usuário. Pode ser utilizado em qualquer faixa etária, sob orientação médica. Acompanha micronebulizador e máscaras para uso adulto e infantil em plástico maleável e atóxico com aditivo Microban® incorporado no material, conferindo-lhe a capacidade de bloquear a proliferação microbiana. - Sistema: mecânico com compressor de ar a pistão e motor de 1/40 HP, com protetor térmico. - Método de nebulização: por ar comprimido. - Taxa de nebulização: 0,15 à 0,25 ml/min. - Alimentação/Voltagem: Bivolt 127/220 Vca (selecionável). - Frequência: 60 Hz. - Potência: 200 VA. - Registro ANVISA. - Certificação INMETRO. Voltagem: Bivolt COR PREDOMINANTE: Branco Garantia: 24 meses					
00008	003541	AUTOCLAVE COMPACTA DE MESA MICROPROCESSADA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DIGITAL USO ODONTO FINALIDADE ESTER	P	UND	5.0000
Especificação: Autoclave compacta de mesa, microprocessada, totalmente automática, digital, uso odonto; finalidade: esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias etc... 12 Lts.					
00009	003542	AUTOCLAVE COMPACTA DE MESA MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA, DIGITAL USO ODONTO, FINALIDADE: E	P	UND	2.0000

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061

Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013

**Processo de Registro de Preços**

Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00

Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde

Finalidade: 000002 - PRODUTO

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Especificação: Autoclave compacta de mesa, microprocessada, totalmente automática, digital, uso odonto; finalidade: esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias etc... 21 Lts.

00010 007442 BICICLETA ERGOMETRICA MAGNETICA VERTICAL C UND 1.0000

Especificação: Tipo Magnética  
Visor Digital  
Peso suportado (kg) 100  
Características Gerais  
Sensor cardíaco: Hand Grip  
Descrição: Sistema magnético  
Confortável assento com ajuste de altura  
Pedais com cinta para os pés, mais segurança nas pedaladas  
Guidão ergonômico e emborrachado, maior firmeza e conforto  
Peso máximo do usuário: 100 kg  
Regulagem de carga de até 8 níveis  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Cor Preto  
Garantia 12 meses  
DIMENSÕES  
Altura mínima 1,11 Metros  
Largura mínima 51,00 Centímetros  
Profundidade mínima 90,00 Centímetros

00011 003553 BOMBA A VACUO PARA SUCCAO EM CIRURGIA P UND 4.0000

Especificação: Bomba a vácuo para sucção em cirurgia motor WEG Potencia 1/2HP Tensão 110/220 monofásico, comando 12 VCC, vazão de ar máxima 120L/min, rotação RPM 1750-60Hz, consumo de água 0,150 L/min, Vácuo máximo 275 mmHg, nível de ruído de 56 dB (A), peso 9Kg dimensões 24x28x30 (LxCxA).

00012 007543 CABO TRANSMISSÃO ESTIMULOS C UND 2.0000

Especificação: Cabo para transmissão de estímulos elétricos do aparelho kinesis microcontrolled new 04 saídas.

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

00013 003548 CADEIRA ODONTOLOGICA P UND 4.0000

Especificação: Cadeira odontológica completa com tensão de alimentação 127 ou 220 - 50/60Hz, sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts, altura do assento em relação ao solo mínima de 450mm máxima 900mm. Sistema de elevação eletromecânica acionado por motor redutor de baixa tensão com 24 volts cabeçote em material resistente, com giro de 620°. Conductor de água bacia pintado em tinta à pó epóxi. Com equipo cart.

00014 004599 COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO C UND 4.0000

Especificação: Compressor odontológico isento de óleo cabeçote duplo com 2 motores e 2 pistões com 1,2 HP/830W(127V) e 1,14HP/850W(220V), protetor térmico contra sobreaquecimento filtro de saída de ar, adequado para dois consultórios, pintura interna do reservatório antioxidante, capacidade do tanque de 65 litros, fluxo de ar: 424litros/minuto

00015 007551 DEIONIZADOR DE AGUA 100L/H C UND 2.0000

Especificação: DEIONIZADOR DE AGUA Coluna em PVC. - Resina mista aniônica e catiônica. - Circuito eletrônico para indicação de corrente e qualidade da água (max. 6 µS/cm) através de lâmpada vermelha.  
Garantia: 12 meses  
CAPACIDADE DE 100 L/H, removendo sais dissolvidos em agua, com pureza ionica superior a água duplamente destilada.  
Construção:  
- Coluna em PVC.  
- Resina mista aniônica e catiônica.  
- Circuito eletrônico para indicação de corrente e qualidade da água (max. 6 µS/cm) através de lâmpada vermelha.  
- Sistema de coluna intercambiável.  
- Sem reservatório impedindo o crescimento de fungos e bactérias.  
- Acompanha cartucho de resina mista e mangueira de alimentação.  
Medidas:  
- Altura 1,0 m  
- Diâmetro 100 mm.  
- Bi-volt  
ATENDE AS PORTARIAS DE QUALIDADE DA ANVISA E MS.

00016 003546 DESTILADOR DE AGUA P UND 4.0000

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Especificação: Destilador de água cor branco 4 litros 127 V- 550 watts / 220V - 450 watts, 60 Hz, 27x 33x27,5 cm (LxAxP) peso bruto 4k.

00017 006103 DETECTOR FETAL C UND 6.0000

Especificação: (- Classe de enquadramento (ANVISA) = Classe II - Médio Risco Freqüência da rede de alimentação = 50/60 Hz- Freqüência do Ultra-som = 2,25 MHz ± 10%- Faixa de medida do BCF = 50 - 210 batimentos por minuto- Tensão (Volts) = 127/220 VAC ± 10% Tipo de corrente = AC (alternada)- Número de fases = Bifásico- Seletor de tensão de operação = Chave seletora manual- Proteção contra choque elétrico = Equipamento Tipo B - Classe I- Proteção contra penetração nociva de água = Equipamento comum - IPX1 (Equipamento fechado protegido contra pingos de água)- Gabinete = Caixa metálica blindada com pintura eletrostática- Embalagem = Papelão reciclado- Potência Máxima de consumo = 2,6 VA- Fusíveis = 50mA / 250V- Peso líquido = 1,7 Kg- Peso Bruto = 2,3 Kg- Dimensões do equipamento (mm) Largura = 240; Profundidade = 180; Altura = 70- Controles = Liga/desliga, Volume e Tonalidade- Indicadores = Liga/desliga Acompanha Transdutor BCF e Fone de ouvido).

00018 006099 ESCADA DE DOIS DEGRAUS C UND 15.0000

Especificação: (Espessura parede: 1,20mm e degraus na chapa de 1,20mm de espessura. Pintura anticorrosiva epóxi branca, piso emborrachado. Medidas: 40cmx40cmx40cm. Peso aproximado: 3,0kg. Ponteiros plásticos nos pés. Reforço traseiro em tubo 5/8")

00019 006104 ESFIGNOMANOMETRO ESPECIAL PARA OBESOS C UND 6.0000

Especificação: (Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com pêra em látex ou PVC Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal

00020 007622 ESTEIRA ERGOMETRICA MECANICA C UND 1.0000

Especificação: ESTEIRA ERGOMETRICA MECANICA COM PAINEL  
Painel com Monitor Eletrônico Scan, medidor de velocidade, medidor de calorias, distância percorrida, medidor de tempo. Número de Programas de Exercícios: 2 (Caminhada e Corrida). Dobrável com Rodas para Transporte. Cor Preto. Estrutura Confeccionada em tubo de aço carbono 1010/1020, pintura epóxi na cor preta, lona de corrida de 0,95 x 0,33m, dobrável com manipulo, sendo seu funcionamento mecânico, monitor com 5 funções (scan, medidor de velocidade, medidor de calorias, distância percorrida). Peso Aproximado do Usuário: 110 Kg. Alimentação do Painel: Pilhas AA.

00021 007539 EXERCITADOR DE MAO HAND GRIP C UND 2.0000

Especificação: Exercitador de Mãos Hand Grip, com Regulagem de Intensidade e Design moderno, Indicado para Exercícios de Reabilitação e Fortalecimento de Mãos, Dedos, Punhos e Antebraços.

00022 006115 FOCO DE LUZ C UND 10.0000

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00

Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde

Finalidade: 000002 - PRODUTO

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Especificação: (Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos .Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz. Lâmpada halógena 12 v. x 20 w. Peso líquido 05 kg.)

00023 003544 FOTOPOLIMERIZADOR, LEVE E DE FACIL PEGA POTENCIA ENTRE 350 E 600MW, COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 400 E P UND 5.0000

Especificação: Fotopolimerizador, leve e de fácil pega, potência entre 350 e 600 mw, comprimento de Onda entre 400 e 500nm

00024 007540 HAND GEL ORTOPEDICO - F,M,S. C UND 2.0000

Especificação: Hand Gel Ortopédico - Resistência Forte, médio e suave

00025 007541 HAND GEL ORTOPEDICO - M,S. C UND 2.0000

Especificação: Hand Gel Ortopédico - Resistência Média e suave

00026 007542 HAND GEL ORTOPEDICO - SUAVE C UND 2.0000

Especificação: Hand Gel Ortopédico - Resistência Suave

00027 006105 HISTEROMETRO C UND 2.0000

Especificação: (Histerômetro Collin. Instrumento cirúrgico confeccionado em aço inox, medindo 28 cm. Para uso ginecológico.

00028 007550 INFRAVERMELHO DE PEDESTAL PARA FISIOTERAPIA C UND 1.0000

Especificação: Infra Vermelho de Pedestal para Fisioterapia, Termoterapia, Fototerapia - COM Lâmpada de Infra Vermelho - 220V.

O Pedestal é montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 56x56 cm, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios.

**CARACTERÍSTICAS**

- Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz
- Refletor de alumínio anodizado, distribuição de energia de forma homogênea.
- Altura Regulável
- Montado em base de chapa de aço pintada.
- Interruptor incorporado ao cabo de ligação

**INDICAÇÕES**



PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Utilização da Lâmpada Infra Vermelho

DADOS TÉCNICOS

Registro Anvisa

Regulável

Altura mínima 1,05m

Altura máxima 1,45m

Garantia

12 meses de garantia para o Equipamento

03 meses para a lâmpada

ITENS INCLUSOS

- 01 Infra Vermelho de Pedestal

- 02 Lâmpada de Infra Vermelho - 220Volts -

Potência 150w;

Frequência 60Hz

00029 006100 LANTERNA CLINICA C UND 6.0000

Especificação: (Lampada de alta intensidade, super resistente, com corpo em alumínio anodizado, clip para prender no bolso, interruptor de botão na parte superior.)

00030 006149 MACA ALCOCHOADA PARA SALA DE CURATIVO C UND 10.0000

Especificação: Maca fixa com cabeceira movel suporte para lençol e respiro facial, estrutura em ferro tubular redondo com pintura eletrostática a pó envernizado, excelente estabilidade, estofado liso em madeira com espuma laminada injetada.

Dimensões:

Altura: 85 cm

Largura : 0,65 cm

Comprimento: 1,82 cm- estrutura branca

00031 006148 MACA COMUM PARA ATENDIMENTO CLINICO C UND 15.0000

Especificação: Maca fixa com cabeceira movel, estrutura em ferro tubular redondo com pintura eletrostática a pó envernizado, excelente estabilidade, estofado liso em madeira com espuma laminada injetada.

PROCESSO LICITATÓRIO  
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000099/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061  
Data: 09/12/2014 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item  
Comissão de Licitação: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2013 **Processo de Registro de Preços**  
Entrega: 13/01/2015 09:00:00 Abertura: 13/01/2015 09:00:00 Proposta: 13/01/2015 09:00:00  
Vínculo de Recurso: 04 - Recursos Vinculados à Saúde  
Finalidade: 000002 - PRODUTO  
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Dimensões:  
Altura: 85 cm  
Largura : 0,65 cm  
Comprimento: 1,82 cm- estrutura branca

00032 003559 MESA AUXILIAR COM GAVETAS PARA USO ODONTOLOGICO(CARRINHO P UND 10.0000  
DE APOIO)

Especificação: Mesa auxiliar com gavetas para uso odontológico (Carrinho de apoio)

00033 006147 MESA MAYO PARA CURATIVO C UND 4.0000

Especificação: Mesa de Mayo inox,  
Base em tubo de aço inoxidável,  
Com rodas,  
Bandeja inoxidável 48x32cm,  
Altura regulável.

00034 003550 MOCHO P UND 10.0000

Especificação: (banco giratório, pintado, assento estofado, com rodas)

00035 006113 MOCHO ODONTOLOGICO C UND 10.0000

Especificação: Mocho odontológico com encosto anatômico tipo concha, ajuste de aproximação, acento com elevação central e rebaixamento das bordas, inferiores base resistente com 5 rodízios de poliuretano, estofamento resistente com densidade adequada, peso de 5,6k, (anatômico com acabamento em couro verde (Impermeável); Encosto lombar com regulagem de altura a gás (46,0 cm a 57,0 cm); base em aço com acabamento em polipropileno de alta resistência;rodízios duplos de dupla rodagem).