



AVISO DE CONVOCATORIA

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SE PERMITE CONVOCAR A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10 DEL 2014

OBJETO: EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS MEDICOS:

- SEIS (6) Nebulizadores (compresor) portátiles, para ser utilizados en el tratamiento de enfermedades respiratorias que requieren presiones más altas de nebulización (nebulización de medicamentos densos).

Especificaciones técnicas:

- Desplazamiento: 24 LPM A 0 KG/ CM2
- velocidad promedio de nebulización: 0.25 CC/MIN
- clasificación de funcionamiento: continua con una mascarilla vida útil sin necesitar mantenimiento: 6000 a 8000 horas
- nivel acústico 49 DBA desde 1 metro
- longitud mínima del cordón: 2 metros, Para corriente eléctrica: 115v CA, 60hz.
- DOS (2) Monitores fetales anteparto, para observaciones fetales: frecuencia cardiaca fetal, (fhr) y actividad uterina: (ua) en embarazos con feto único o gemelar.
- DOS (2) Lámparas celiáticas de doble función de transferencias y con cabezas de 16 pulgadas o de 20 pulgadas de doble luz o una combinación de ambos. Intensidad de la luz (LUX) 120000 Temperatura de color Ajuste de 4.300 ° K, Patrón de intensidad 50 -100%, Tamaño de diseño (pulgadas) 13.9, Patrón de intensidad 5 Configuración Índice de rendimiento de Red (R9) 95, Controles en el campo estéril SI, Vida LED proyectada (horas) 50.000.
- Una (1) Incubadora para recién nacidos, micro procesada, interface de usuario con pantalla Display + Membrana con Botones, Nivel de Ruido <50dBA, Rango de T° de Aire 20 – 39°C, Rango de T° de Piel 34 – 38°C, Precisión de Control Aire/Piel $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, Elevación de T° <40min, T° Auxiliar, HR Servopasiva, Visibilidad Cúpula de doble pared en Acrílico, Alarmas Audio-Visuales, puerto serial, micro filtro de O2 y Aire 0.5 μ , nivel de CO2 <0.5%, Altura Fija.

ACCESORIOS CON LOS QUE DEBE CONTAR: 1 Grupo motor, 1 Puerta de Acceso, 5 Ventanillas, 1 Manga tipo Iris, 2 Cajones, 1 Batería 9V, 1 Cable AC, 4 Ruedas, 1 Cúpula Interna, 1 Cúpula Externa, 1 Reservorio, 1 Manual de Usuario, 4 Pasatubos, 1 Colchoneta, 1 Bandeja, 2 Soporte



para Trendelemburg, 1 Sensor de Piel, 1 Sensor de Aire. Soporte para suero, Soporte para monitor, Altura Variable, Balanza

- UNA (1) Incubadora para Transporte neonatal, interface de usuario con Display + Membrana con Botones + Indicadores Luminosos LED, Nivel de Ruido <60dBA, Rango de T° de Aire 20 - 30°C, Rango de T° de Piel 34 - 38°C, Precisión de Control Aire/Piel $\pm 0.2^\circ\text{C}$, Rango de Lectura de Display Aire/Piel 20 - 45°C, Suministro de Oxígeno 21% - 80%, Humidificación >60% de HR con Esponja Humidificadora, Visibilidad Cúpula en Acrílico, Alarmas Audio-Visuales, Batería de 4Hs, Peso total con carro de transporte no superior a 100Kg

ACCESORIOS CON LOS QUE DEBE CONTAR: Soporte en aluminio, 2 Puertas de Acceso, 3 Ventanillas, 1 Colchón Removible, 3 Pasatubos, 2 Baterías, 1 Batería 9V, 4 Ruedas, 2 Soportes para Balas de Aire/Oxígeno, 1 Cable AC, Manual de Usuario, Luz de Examen.

- UNA (1) Mesa de cirugía, Almohadilla de sobremesa (Espuma de lujo), incluyendo una pieza atrás y cojines para sentarse, una pieza de la almohadilla de la cabeza y un par de almohadillas de las piernas. Built-in elevator cuerpo, con llave. Función de desplazamiento longitudinal Placas Cabeza, Placa de la pierna izquierda, Placa de la pierna derecha, Unidad de control manual con función de desplazamiento longitudinal, Frame Anestesia (Light, una pieza con pinza universal radial) Junta del brazo con arriba y abajo y la rotación de función, una sola pieza con una radial pesada pinza universal, almohadilla y dos pedazos de cinta fasten, Cable de alimentación.

□□DOS (2) Electro bisturí con pedal monopolar o bipolar y carro de transporte.

CONDICIONES AMBIENTALES QUE DEBE CUMPLIR: Temperatura Operativa: -40 a 70 grados centígrados Humedad: 10-100% no condensante.

ELECTRICAS Requisitos de alimentación: 85-132 VAC, 50-60 hz

□□U□□ □□□□□ **Maquina de anestesia Pantalla, Ventilador**, marca MINDRAY con ajuste de 12,1 pulgadas táctil TV 20-1500ml, gestión de alarmas CEC, salida ACGO, caudalímetros electrónicos (w / hipóxico guardia), el módulo de rack, superficie de trabajo retráctil, 2 cajones (uno cerrado), la luz LED, la luz de alarma, 1 batería (60 min), 20 piezas de almohadilla de espuma, medidores de presión de tuberías, manual de usuario, guía del usuario rápida, material de embalaje”

Modo de ventilación con presión controlada (PCV)"O2 monitor y el kit de accesorios, incluyendo: -O2 sensor, Medicel MOX-2, 1 pc -O2 cable del sensor "O2 y N2O y AireCircuito de respiración PPSU (w arm / bolso, w / derivación CO2), 2 posiciones vaporizador (Selectatec)

"Kit de accesorios desechables (adultos), incluyendo: -Paciente de circuito (bolsa 3L respirar, adaptador de Wye, adaptador del codo, el filtro de las vías respiratorias), de adultos, 2 pcs -Large máscara adulta, Air-Soft, w / válvula, 22 mm, 2 pcs ""Sistema AGSS



pasivo, incluyendo el kit de accesorios: -Tube, 32mm, 1 pc -Adaptador, 1 pc "PIN yugos cilindros índice (sólo O2)

Modo de ventilación con el apoyo de presión (PSV, w / apnea copia de seguridad)

El modo SIMV (SIMV-VC y SIMV-PC)PCV-VG (garantía de volumen) Actualización de softwarePV, FV y PF medición bucles

ModuloMulti-Gas + Auto ID + BIS con kit de accesorios BIS adulto más monitor de signos vitales básico IME 10.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

La modalidad de selección del presente proceso es la Convocatoria Pública, conforme se regula en el Estatuto de Contratación de la E.S.E., acuerdo 02 de 2.014.

PRESUPUESTO OFICIAL

El HOSPITAL cuenta con un techo presupuestal oficial de CUATROSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$425.000.000.) Incluido IVA, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 0522 del 01 de MAYO de 2014, RUBROS: Equipo instrumental médico quirúrgico odontológico.

RONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA.

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
Publicación AVISO DECONVOCATORIA	30 de mayo de 2.014		Página web del Hospital y Cartelera del Hospital
Publicación de estudios previos y borrador pliego de condiciones	3 de junio de 2.014		Página web del Hospital y Cartelera del Hospital
Recepción de observaciones	6 de junio de 2.014	Hasta 5:00 p.m.	Oficina Jurídica, correo institucional juridica@hospitalegc.gov.co
Resolución observaciones	9 de junio de 2.014		Página web del Hospital
Publicación acto administrativo apertura convocatoria, pliego de condiciones definitivo y estudios previos	10 de junio de 2.014		Página web del Hospital y Cartelera del Hospital
Presentación Propuestas	13 de junio de 2.014	Hasta las 4:00 p.m.	Oficina Jurídica



GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
NIT. 890501438-1



**Gobernación
de Norte de
Santander**

Evaluación de propuestas por comité de adquisiciones	16 y 17 de junio de 2.014		Comité de Adquisiciones
Información del resultado de evaluación.	18 de junio de 2.014		Página web del Hospital y Cartelera del Hospital
Adjudicación	20 de junio de 2.014		Gerencia
Firma del contrato	A partir del 20 de junio y hasta el cumplimiento del plazo previsto en la adjudicación.		Gerencia

LUGAR FISICO O ELECTRONICO DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Los borradores y los pliegos de condiciones definitivos pueden ser consultados en la página web de la entidad www.hospitalegc.gov.co en el link convocatorias o en la cartelera de la sede principal del Hospital ubicada en la calle 7 N° 29-144 Barrio La Primavera de la Ciudad de Ocaña.

GARANTÍA DE TRANSPARENCIA: Para garantizar la transparencia del proceso se invita a las veedurías ciudadanas al acompañamiento en el mismo.