

UK

## HS VET CHLORHEXIDINE GEL KIT

## DIRECTIONS:

Remove syringe, unscrew the storage cap, and insert an application tip by twisting it clock-wise. Remove the small cap at the end of the application tip by twisting. Apply HS VET Chlorhexidine Gel following anesthetic induction and endotracheal placement. Apply approximately 1 cc of HS VET Chlorhexidine Gel to the procedure area. Using a gloved finger, rub HS VET Chlorhexidine Gel onto the tooth surface, including the gingival margin. Allow the gel to remain in place for at least 3 - 5 minutes before beginning any oral procedures. HS VET Chlorhexidine Gel application can again be performed at the conclusion of the dental procedure (after removal of extubation tube).

When finished with the syringe, you can:

- Reseal the application tip using the small cap  
or
- Remove the application tip and replace the cap, securing tightly.

Do not reuse application tip.

ES

## HS VET CHLORHEXIDINE GEL KIT

## MODO DE EMPLEO:

Extraer la jeringuilla, desenroscar el tapón e insertar el aplicador girando en el sentido de las agujas del reloj. Retirar el pequeño tapón del extremo del aplicador con un movimiento giratorio. Aplicar el gel HS VET Chlorhexidine Gel teniendo en cuenta la inducción de anestesia y el posicionamiento endotraqueal. Aplicar aproximadamente 1 ml de HS VET Chlorhexidine Gel Kit sobre el área de tratamiento. Frotar la superficie de los dientes, incluyendo el margen gingival, con HS VET Chlorhexidine Gel Kit haciendo uso de un dedo enguantado. Permitir que el gel actúe como mínimo entre 3 a 5 minutos antes de comenzar con cualquier tratamiento bucal.

La aplicación de HS VET Chlorhexidine Gel Kit se puede repetir tras finalizar el tratamiento dental (después de retirar el tubo, endotraqueal).

Tras finalizar el trabajo con la jeringuilla, es posible:

- Volver a tapar el aplicador empleando el tapón pequeño  
o
- Extraer el aplicador y volver a poner el tapón, cerrándolo bien.  
No reutilizar el aplicador.

FR

## HS VET CHLORHEXIDINE GEL KIT

## MODE D'EMPLOI :

Oter la seringue, dévisser le capuchon de conservation et insérer un embout applicateur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Oter le petit capuchon au bout de l'embout applicateur en tournant. Appliquer le gel HS VET Chlorhexidine Gel après l'induction anesthésique et la pose de la sonde d'intubation. Appliquer environ 1ml de HS VET Chlorhexidine Gel sur la zone d'intervention. Avec un doigt ganté, frotter HS VET Chlorhexidine Gel sur la surface des dents, gencive marginale incluse. Laisser le gel en place pendant au moins 3-5 minutes avant de débuter toute intervention. L'application de HS VET Chlorhexidine Gel peut à nouveau être réalisée à la fin de l'intervention dentaire (après le retrait de la sonde d'intubation)

Après utilisation de la seringue, vous pouvez :

- Refermer l'embout applicateur avec le petit capuchon  
ou
- Oter l'embout applicateur et replacer le capuchon, fermer en serrant bien.  
Ne pas réutiliser l'embout applicateur.

**DE****HS VET CHLORHEXIDINE GEL KIT****GEBRAUCHSINFORMATIONEN:**

Spritze entnehmen, Verschlusskappe abschrauben und Applikationskanüle durch Drehen im Uhrzeigersinn befestigen. Den kleinen Verschluss der Applikationskanüle abdrehen. HS VET Chlorhexidine Gel nach Einleitung der Narkose und Platzieren des Endotrachealtubus auftragen. Zirka 1 cm<sup>3</sup> HS VET Chlorhexidine Gel auf den Operationsbereich auftragen. HS VET Chlorhexidine Gel mit einem Finger (Handschuh tragen!) auf der Zahnoberfläche und dem Zahnfleischrand verstrecken. Das Gel muss mindestens 3-5 Minuten einwirken, bevor mit der Zahnbehandlung begonnen werden kann. Nach Beendigung der Zahnbehandlung (nach dem Extubieren) kann noch einmal HS VET Chlorhexidine Gel aufgetragen werden.

Nach Gebrauch der Spritze

- die Applikationskanüle mit dem kleinen Verschluss verschließen  
oder
- die Applikationskanüle entfernen und die Spritze mit der Verschlusskappe fest verschließen.  
Applikationskanüle nicht wiederverwenden.

**IT****HS VET CHLORHEXIDINE GEL KIT****ISTRUZIONI:**

Rimuovere la siringa, svitare il tappo e inserire una punta di applicazione ruotando in senso orario. Rimuovere il tappo piccolo all'estremità della punta di applicazione mediante rotazione. Applicare il gel HS VET Chlorhexidine Gel in seguito a induzione anestetica e intubazione endotracheale. Applicare circa 1 cc di gel HS VET Chlorhexidine Gel sulla zona interessata. Indossare un guanto e strofinare il gel HS VET Chlorhexidine Gel sulla superficie dentaria e sul margine gengivale. Lasciare posare il gel per almeno 3-5 minuti prima di iniziare con un qualsiasi trattamento orale. Il gel HS VET Chlorhexidine Gel si può applicare nuovamente dopo il trattamento dentale (in seguito all'estubazione).

Dopo aver usato la siringa, si può:

- richiudere la punta di applicazione con il tappo piccolo  
oppure
- rimuovere la punta di applicazione e rimettere il tappo chiudendolo bene.

Non riutilizzare la punta di applicazione.

**PT****HS VET CHLORHEXIDINE GEL KIT****INSTRUÇÕES DE USO:**

Retire a seringa, desaperte a tampa e insira o aplicador rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Retire a pequena tampa do aplicador, rodando-a. Aplique o gel HS VET Chlorhexidine Gel após indução anestésica e colocação endotraqueal. Aplique aproximadamente 1ml de HS VET Chlorhexidine Gel na zona de tratamento. Utilize luvas e com um dedo, esfregue HS VET Chlorhexidine Gel na superfície do dente, incluindo a margem gengival. Deixe que o gel actue na zona durante pelo menos 3-5 minutos antes de iniciar qualquer tratamento oral. A aplicação de HS VET Chlorhexidine Gel poderá repetir-se no final do tratamento dental (após a remoção do tubo endotraqueal).

Quando terminar a utilização da seringa, poderá:

- Selar novamente o aplicador utilizando a tampa pequena  
ou
- Retirar o aplicador e colocar novamente a tampa, apertando-a bem.

Não reutilize o aplicador.

Distributed by (in US only)



**HENRY SCHEIN INC. – 135 DURYEA ROAD, MELVILLE, NY 11747 USA**

**HENRY SCHEIN U.K. HOLDINGS LTD. – MEDCARE HOUSE, CENTURION CLOSE, GILLINGHAM BUSINESS PARK, GILLINGHAM, ME8 0SB U.K.**

[www.henryscheinbrand.com](http://www.henryscheinbrand.com)

Rev.2013/07