

ATB® G-

IVD

Antibiogramme pour les entérobactéries

INTRODUCTION ET OBJET DU TEST

La galerie ATB G- permet de déterminer la sensibilité aux antibiotiques des entérobactéries en milieu semi-solide dans des conditions très proches des techniques de référence de dilution en gélose ou de micro-dilution (selon les recommandations du CASFM ou NCCLS).

PRINCIPE

La galerie ATB G- comporte 16 paires de cupules. La première, sans antibiotique, sert de témoin de croissance. Les 14 suivantes contiennent des antibiotiques à une seule ou deux concentrations (c et C). La dernière paire n'est pas utilisée.

La bactérie à tester est mise en suspension puis transférée dans le milieu de culture et inoculée dans la galerie. Après incubation, la lecture de la croissance se fait soit visuellement, soit avec l'automate ATB ou *mini API*®. Le résultat obtenu permet de catégoriser la souche Sensible, Intermédiaire ou Résistante.

PRESENTATION (Coffret pour 25 antibiogrammes) :

- 25 galeries ATB G- en emballage individuel avec déshydratant
- 25 couvercles d'incubation
- 1 notice

COMPOSITION DE LA GALERIE

La composition de la galerie ATB G- est mentionnée dans le tableau « Contrôle de Qualité » de cette notice.

NOTE : La cupules TSU contiennent de la Thymidine Phosphorylase d'origine animale.

REACTIFS ET MATERIEL NECESSAIRES MAIS NON FOURNIS**Réactifs et instruments**

- API® Suspension Medium (Réf. 70 700 ou 70 640 ou 20 150) ou API® NaCl 0,85 % Medium (Réf. 20 070 ou 20 040 ou 20 230)
[en fonction de la galerie d'identification utilisée]
- ATB Medium (Réf. 14 960)
- McFarland Standard (Réf. 70 900) ou DENSIMAT (Réf. 99 234) ou Densitomètre ATB
- Pipette Electronique ATB (consulter bioMérieux) ou Inoculateur ATB et Embouts (Réf. 15 710)
- Automate ATB ou *mini API*® avec logiciel (consulter bioMérieux)

Matériel

- Oeses calibrées de 10µl ou pipette
- Protège-ampoules
- Portoir pour ampoules
- Equipement général de laboratoire de bactériologie

REACTIFS COMPLEMENTAIRES

- ATB BLSE (Réf. 14 109)

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- **Pour diagnostic *in vitro* uniquement.**
- **Pour usage professionnel uniquement.**
- Ce coffret contient des composants d'origine animale. La maîtrise de l'origine et/ou de l'état sanitaire des animaux ne pouvant garantir de façon absolue que ces produits ne contiennent aucun agent pathogène transmissible, il est recommandé de les manipuler avec les précautions d'usage relatives aux produits potentiellement infectieux (ne pas ingérer; ne pas inhaler).
- Les prélèvements, cultures bactériennes et produits ensemencés doivent être considérés comme potentiellement infectieux et doivent être manipulés de façon appropriée. Les techniques aseptiques et les précautions usuelles de manipulation pour le groupe bactérien étudié doivent être respectées tout au long de la manipulation ; se référer à "NCCLS M29-A, *Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue; Approved Guideline* - December 1997". Pour informations complémentaires sur les précautions de manipulation, se référer à "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS Publication No. (CDC) 93-8395, 3rd Edition (May 1993)," ou à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Ne pas utiliser les réactifs après la date de péremption.
- Avant utilisation, s'assurer de l'intégrité de l'emballage des galeries.
- Ne pas utiliser de galeries ayant subi une altération physique : cupule déformée, sachet déshydratant ouvert, ...
- Les performances présentées sont obtenues avec la méthodologie indiquée dans cette notice. Toute déviation de méthodologie peut altérer les résultats.
- L'interprétation et la validation des résultats de l'antibiogramme doit être faite en tenant compte du contexte clinique, de l'origine du prélèvement, de l'identification de la souche, éventuellement des résultats de tests complémentaires et des recommandations locales en vigueur. L'interprétation et la validation sont facilitées par le système Expert ATB.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les galeries se conservent à 2-8°C à l'obscurité jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée sur le coffret.

ECHANTILLONS (PRELEVEMENT ET PREPARATION)

La galerie ATB G- ne doit pas être utilisée directement à partir des prélèvements d'origine clinique ou autres. Les microorganismes à tester doivent dans un premier temps être isolés sur un milieu de culture adapté selon les techniques usuelles de bactériologie.

MODE OPERATOIRE

Préparation de la galerie

- Sortir la galerie de son emballage.
- Noter l'identifiant de la bactérie à tester sur la languette latérale de la galerie.

Préparation de l'inoculum

- Préparer une suspension bactérienne d'opacité équivalente à l'étalon 0,5 de McFarland. Comparer au témoin d'opacité du kit McFarland Standard ou utiliser le Densitomètre ATB ou le DENSIMAT (se reporter au manuel d'utilisation).

Deux méthodes :

- culture en bouillon jusqu'à obtention de l'opacité indiquée ;
- mise en suspension de 1 ou plusieurs colonies (utiliser préférentiellement des souches fraîchement cultivées) dans une ampoule d'API® Suspension Medium ou d'API® NaCl 0,85 % Medium (ouvrir l'ampoule comme indiqué au paragraphe "Précautions d'utilisation" de la notice du produit).

Cette suspension doit être utilisée extemporanément.

NOTE : il est recommandé de contrôler la pureté de l'inoculum et de réisoler dans le cas de cultures mixtes.

- Transférer 10 µl de cette suspension dans ATB Medium à l'aide d'une oese calibrée ou d'une pipette.

Inoculation de la galerie

- Inoculation MANUELLE :
 - Homogénéiser ATB Medium avec la Pipette Electronique ATB en évitant la formation de bulles.
 - Inoculer la galerie en distribuant 135 µl d'ATB Medium par cupule avec la Pipette Electronique ATB (environ 2×10^5 germes/ml ou 3×10^4 germes/cupule).
- Inoculation AUTOMATIQUE :
 - Se reporter au manuel d'utilisation de l'inoculateur ATB
- Mettre un couvercle sur la galerie.
- Incuber 18-24 heures à $36 \pm 2^\circ\text{C}$ en aérobiose.

LECTURE ET INTERPRETATION

Rechercher dans chaque cupule la présence d'un trouble (+) par lecture visuelle ou automatique par l'automate ATB ou *mini API*® (se reporter aux manuels d'utilisation).

Pour les antibiotiques testés à deux concentrations :

Aspect des cupules		Résultats		La souche est :	
c	C	c	C		
clair	clair	-	-	S	SENSIBLE
trouble	clair	+	-	I	INTERMEDIAIRE
trouble	trouble	+	+	R	RESISTANTE

Pour les antibiotiques testés à une seule concentration :

Aspect de la cupule	Résultat	La souche est :	
clair	-	S	SENSIBLE
trouble	+	R	RESISTANTE

NOTES :

- Avant d'effectuer la lecture automatique, il est conseillé d'essuyer les éventuelles gouttelettes sur la partie centrale de la galerie afin de permettre la reconnaissance du code de la galerie par le lecteur.
- L'absence de croissance dans une (ou deux) cupule(s)-témoin invalide l'antibiogramme qui doit être recommencé.
- Un résultat c(-)C(+) est un non-sens (N) : répéter le test avec une nouvelle galerie.
- En lecture visuelle, une croissance limitée à la périphérie de la cupule doit être lue négative.
- Une galerie dont les cupules sont partiellement desséchées suite à l'incubation peut induire de faux résultats. L'antibiogramme doit être recommencé.
- Triméthoprime – Sulfaméthoxazole (TSU) :
Considérer comme négatif toute croissance inférieure au témoin de croissance.

CONTROLE DE QUALITE

Pour vérifier la standardisation de la méthode suivie, des contrôles de qualité avec la souche test indiquée pour cette galerie doivent être réalisés (voir tableau Contrôle de Qualité en fin de notice).

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le contrôle de qualité est mis en œuvre conformément à la législation en vigueur.

LIMITES DU TEST

- Un temps d'attente entre les diverses étapes de la manipulation (de la préparation de l'inoculum à l'incubation de la galerie) peut affecter les résultats.
- Seules des cultures pures contenant un seul type de microorganisme doivent être utilisées. Des cultures mixtes ou contaminées peuvent affecter les résultats.

RESULTATS ATTENDUS

Les profils de résistance des tests antibiotiques varient en fonction de la zone géographique, les résultats attendus sont donc directement dépendants de l'écologie microbienne locale (espèces / mécanismes de résistance).

PERFORMANCES

Les performances de la galerie ATB G- ont été déterminées en utilisant deux souchiers comprenant les genres bactériens suivants :

- *Escherichia*
- *Cedecea*
- *Enterobacter*
- *Hafnia*
- *Klebsiella*
- *Citrobacter*
- *Proteus*
- *Morganella*
- *Providencia*
- *Serratia*
- *Yersinia*

Le premier soucier a permis d'établir le taux de concordance des catégorisations pour chaque antibiotique. Les catégorisations de référence ont été déterminées à partir des résultats de CMI obtenues avec la méthode de dilution en gélose, et comparées à celles établies par la galerie ATB G-. Il y a concordance lorsque les catégorisations cliniques des deux méthodes sont identiques.

Le second soucier provenant du Centre National de Référence des Antibiotiques (Institut Pasteur, Paris France) a permis de vérifier l'expression des mécanismes de résistance. Un mécanisme de résistance est exprimé lorsque les résultats de catégorisation des antibiotiques marqueurs sont compatibles avec le profil attendu.

Enfin, un résultat est dit reproductible si les 3 résultats de catégorisation déterminés de manière indépendante sont identiques.

Taux de concordance

Le taux de concordance de la galerie ATB G- obtenu à partir de 100 souches est de 93,8 %.

Les taux d'erreurs majeures et d'erreurs très majeures obtenus avec la galerie ATB G- sont respectivement de 2,4 % et 0,9 %.

Expression des mécanismes de résistance

Indépendamment du système expert, l'étude, portant sur 46 souches, a permis de vérifier que les principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques rencontrés chez les entérobactéries s'expriment avec la galerie ATB G-.

Reproductibilité

Le taux de reproductibilité global de la galerie ATB G- est de 93 % (établi avec un minimum de 10 souches par antibiotique).

ELIMINATION DES DECHETS

Eliminer les réactifs utilisés ou non utilisés ainsi que les matériels à usage unique contaminés en suivant les procédures relatives aux produits infectieux ou potentiellement infectieux.

Il incombe à chaque laboratoire de gérer les déchets et les effluents qu'il produit selon leur nature et leur dangerosité, et d'en assurer (ou faire assurer) le traitement et l'élimination selon les réglementations applicables.

TABLE DES SYMBOLES	p. I
BIBLIOGRAPHIE	p. II
CONTROLE DE QUALITE	p. III
FICHE DE RESULTATS	p. IV



 **bioMérieux® sa**
au capital de 11 879 045 €
673 620 399 RCS LYON

69280 Marcy-l'Etoile / France
Tél. 33 (0)4 78 87 20 00
Fax 33 (0)4 78 87 20 90
<http://www.biomerieux.com>


Imprimé en France